



SUMINISTRO DE EQUIPO METROLOGÍA DIMENSIONAL FORMADO POR BRAZO METROLÓGICO Y LÁSER TRACKER PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN. (Exp.2014/11)

Advertido error numérico en el Anexo II, que acompaña al Pliego de Prescripciones Técnicas, en el apartado 3.1 Condiciones ambientales, se procede a subsanar el mismo:

Donde dice:

Temperatura: de -10° C a 25° C debe figurar **Temperatura: de 0° C a 30° C**

Presión: 78HPa – 82 HPa debe figurar **Presión: 780HPa – 820 HPa**

Dado que el error relacionado con la temperatura ha podido dar lugar a la no presentación de propuestas por parte de empresas interesadas, se abre de **NUEVO plazo de presentación**, fijandose el mismo hasta las **14:00 horas del día 18 de febrero de 2015**.

Así mismo se procede a publicar el Anexo II con la corrección de los errores advertidos.